Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce
NIP 853-14-47-442
tel. 91 579 32 26, 91 570 25 73 w. 266

Pyrzyce, dnia 5.08.2019 r.

LIT Sp. z o.o.
ul. Jelenia 34
70-791 Szczecin

dot. pytania do post.: na dostawę implantów
nr sprawy: 11/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1
PAKIET NR 5 - implanty do osteotomii piszczeli

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:
Płytkę stalową do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiającą dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm.
Śruby kątowo-stabilne do blokowania płytkio średnicy 6,5mm w min.12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.
Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm)

Odpowiedź – NIE.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce
NIP 853-14-47-442
tel. 91 579 32 26, 91 570 25 73 w. 266

STARSZY INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Bożena Wyciszkiewicz